




১০. সরবরাহকৃত pH মিটার-এ কোন ত্রুটি ধরা পড়লে অথবা কোটেশন/দরপত্র কমিটি Specification অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করলে তা অবশ্যই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিতে বাধ্য থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর/আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

  
০৯/০৯/২০১৪


(মোঃ আবু হাসান)  
রাসায়নিক পরীক্ষক  
০১৭১৬০৫১৬৩৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয় অনুরোধ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মেয়র, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী।
- ২। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/সিভিল সার্জন, রাজশাহী।
- ৪। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী।
- ৫। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

**Specification of Bench Top p<sup>H</sup> meter :**

<b>Range</b>	<b>-2.00 to 16.00 p<sup>H</sup> or better</b>
	<b>± 399.9 mV</b>
	<b>± 2000 mV</b>
<b>Resolution</b>	<b>- 20.0 to 120.0 °C or better</b>
	<b>0.01 p<sup>H</sup> or better</b>
	<b>0.1 mV</b>
<b>Accuracy @ 20 °C/68 °F</b>	<b>1 mV</b>
	<b>0.1 °C or better</b>
	<b>± 0.01 p<sup>H</sup></b>
	<b>± 0.2 mV</b>
<b>p<sup>H</sup> Calibration</b>	<b>± 1 mV</b>
	<b>± 0.4 °C (excluding probe error)</b>
<b>Temperature compensation</b>	<b>Automatic, 1 or 2 point with 5 memorized buffer values (p<sup>H</sup> 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)</b>
<b>p<sup>H</sup> Electrode</b>	<b>Automatic (probe) or Manual From:-20.0 to 120 °C</b>
<b>Temperature probe</b>	<b>Included</b>
<b>Input impedance</b>	<b>included</b>
<b>Power Supply</b>	<b>10<sup>12</sup> Ohms</b>
<b>Environment</b>	<b>12V DC adapter (included)</b>
<b>Dimensions</b>	<b>0 to 50°C (32 to 122 °F)</b>
<b>Weight</b>	<b>max. 95% RH non-condensing</b>
<b>Warranty</b>	<b>235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3') or higher</b>
<b>Country of Origin</b>	<b>1.3 Kg or higher</b>
	<b>2 years.</b>
	<b>USA/UK/EU/Japan.</b>

  
08/06/2028

(মোঃ আবু হাসান)  
রাসায়নিক পরীক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)  
ট্রেইন্ড ইন নারকোটিক্স ড্রাগ  
ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রিয়া  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার  
হুজুর্গাম, কাশ্মীর/জাঙ্গা, রাজশাহী